



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 июля 2025 года № РЗН 2025/25763

На медицинское изделие

Набор инструментов для установки стоматологических имплантатов A.B. Dental

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"А.Б. Дентал Девайсес Лтд.", Израиль,

A.B. Dental Devices Ltd., 19 Hayahalomim Street, Ashdod 7761117, Israel

Производитель

"А.Б. Дентал Девайсес Лтд.", Израиль,

A.B. Dental Devices Ltd., 19 Hayahalomim Street, Ashdod 7761117, Israel

Место производства медицинского изделия

A.B. Dental Devices Ltd., 19 Hayahalomim Street, Ashdod 7761117, Israel

Номер регистрационного досье № РД-67507/107385 от 26.02.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.11.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 13 листах

приказом Росздравнадзора от 01 июля 2025 года № 4117
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0085705

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 1

На медицинское изделие

Набор инструментов для установки стоматологических имплантатов A.B. Dental,
в составе:

I. Варианты исполнения:

1. Набор для хирургической навигации (AB Guided Surgical Kit): TKD-Guided, в составе:

- отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,15 - 1 шт.;
- ключ для установки имплантата 3мм AB Guide (Driver for installing 3mm implant through AB Guide): T3G-2,17-R - 1 шт.;
- ключ для установки имплантата 3мм AB Guide (Driver for installing 3mm implant through AB Guide): T3G-2,21-Y - 1 шт.;
- ключ для установки имплантата 3мм AB Guide (Driver for installing 3mm implant through AB Guide): T3G-2,25-B - 1 шт.;
- ключ для установки имплантата 3мм AB Guide (Driver for installing 3mm implant through AB Guide): T3G-2,30-G - 1 шт.;
- ключ для установки имплантата AB Guide (Driver for installing the implant through AB Guide): T3G-2.4,17-R - 1 шт.;
- ключ для установки имплантата AB Guide (Driver for installing the implant through AB Guide): T3G-2.4,21-Y - 1 шт.;
- ключ для установки имплантата AB Guide (Driver for installing the implant through AB Guide): T3G-2.4,25-B - 1 шт.;
- ключ для установки имплантата AB Guide (Driver for installing the implant through AB Guide): T3G-2.4,30-G - 1 шт.;
- ратчет (Ratchet Wrench): T8 - 1 шт.;
- глубиномер (Depth Gauge): T9 - 1 шт.;
- дырокол для разрезания десен (Punch for cutting gums): TD-T17-4.35 - 1 шт.;
- фреза Ø1.5, L19мм (Guide Drill D1.5mm L19mm): TDG-1.5,19 - 1 шт.;
- фреза Ø2.0, L17мм (Guide Drill D2mm L17mm): TDG-2,17 - 1 шт.;
- фреза Ø2.0, L21мм (Guide Drill D2mm L21mm): TDG-2,21 - 1 шт.;
- фреза Ø2.0, L25мм (Guide Drill D2mm L25mm): TDG-2,25 - 1 шт.;
- фреза Ø2.0, L30мм (Guide Drill D2mm L30mm): TDG-2,30 - 1 шт.;
- фреза Ø2.5, L17мм (Guide Drill D2.5mm L17mm): TDG-2.5,17 - 1 шт.;
- фреза Ø2.5, L21мм (Guide Drill D2.5mm L21mm): TDG-2.5,21 - 1 шт.;
- фреза Ø2.5, L25мм (Guide Drill D2.5mm L25mm): TDG-2.5,25 - 1 шт.;
- фреза Ø2.5, L30мм (Guide Drill D2.5mm L30mm): TDG-2.5,30 - 1 шт.;
- фреза Ø2.8, L17мм (Guide Drill D2.8mm L17mm): TDG-2.8,17 - 1 шт.;
- фреза Ø2.8, L21мм (Guide Drill D2.8mm L21mm): TDG-2.8,21 - 1 шт.;
- фреза Ø2.8, L25мм (Guide Drill D2.8mm L25mm): TDG-2.8,25 - 1 шт.;
- фреза Ø2.8, L30мм (Guide Drill D2.8mm L30mm): TDG-2.8,30 - 1 шт.;
- фреза Ø3.2, L17мм (Guide Drill D3.2mm L17mm): TDG-3.2,17 - 1 шт.;
- фреза Ø3.2, L21мм (Guide Drill D3.2mm L21mm): TDG-3.2,21 - 1 шт.;
- фреза Ø3.2, L25мм (Guide Drill D3.2mm L25mm): TDG-3.2,25 - 1 шт.;
- фреза Ø3.2, L30мм (Guide Drill D3.2mm L30mm): TDG-3.2,30 - 1 шт.;
- фреза Ø3.65, L17мм (Guide Drill D3.65mm L17mm): TDG-3.65,17 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0163288



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 2

- фреза Ø3.65, L21мм (Guide Drill D3.65mm L21mm): TDG-3.65,21 - 1 шт.;
- фреза Ø3.65, L25мм (Guide Drill D3.65mm L25mm): TDG-3.65,25 - 1 шт.;
- фреза Ø3.65, L30мм (Guide Drill D3.65mm L30mm): TDG-3.65,30 - 1 шт.;
- направляющий адаптер для сверла Ø2.0 (Handle for AB Guide 2mm Diameter): TH-2.0 - 1 шт.;
- направляющий адаптер для сверла Ø2.5 (Handle for AB Guide 2.5mm Diameter): TH-2.5 - 1 шт.;
- направляющий адаптер для сверла Ø2.8 (Handle for AB Guide 2.8mm Diameter): TH-2.8 - 1 шт.;
- направляющий адаптер для сверла Ø3.2 (Handle for AB Guide 3.2mm Diameter): TH-3.2 - 1 шт.;
- направляющий адаптер для сверла Ø3.65 (Handle for AB Guide 3.65mm Diameter): TH-3.65 - 1 шт.;
- фиксационный штифт Ø1.5, L31мм (Fixation Pin): TP-1.5,31 - 3 шт.;
- контейнер для хранения изделий (лоток) - 1 шт.
- 2. Набор конических фрез со стоппером (Conical Drills Kit): TKDC, в составе:
 - отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,9 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,9 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L18мм (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,18 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L9мм (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,9 - 1 шт.;
 - адаптер для имплантата (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,18 - 1 шт.;
 - адаптер для имплантата (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,9 - 1 шт.;
 - ключ механический для абатмента (Contra Angle Driver For Abutment): T5-1.2,21 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,25 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,25 - 1 шт.;
 - ратчет (Ratchet Wrench): T8 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø2.2, L10мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.2,10 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø2.2, L11.5мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.2,11.5 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø2.2, L13мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.2,13 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø2.2, L8мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.2,8 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø2.7, L10мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.7,10 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø2.7, L11.5мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.7,11.5 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø2.7, L13мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.7,13 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0163289

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 3

- шт.;
- фреза коническая со стоппером Ø2.7, L8мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.7,8 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.3, L10мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.3,10 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.3, L11.5мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.3,11.5 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.3, L13мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.3,13 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.3, L8мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.3,8 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.7, L10мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.7,10 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.7, L11.5мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.7,11.5 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.7, L13мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.7,13 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.7, L8мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.7,8 - 1 шт.;
 - бор маркирующий Ø1.9 (Marker Drill): TMD-1.9 - 1 шт.;
 - пин параллельный (Parallel Pin): TP-23 - 2 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,20 - 1 шт. (при необходимости);
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,20 - 1 шт. (при необходимости);
 - ключ механический для абатмента (Contra Angle Driver For Abutment): T5-1.2,26 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза - развертка Ø3.75/4.2 (Counter Sink): TDCS-3.75-4.2 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза - развертка Ø5.0/6.0 (Counter Sink): TDCS-5-6 - 1 шт. (при необходимости);
 - Удлинитель фрезы (Coated Drill extension): TDE - 1 шт. (при необходимости);
 - пин параллельный (Parallel Pin): TP-17 - 1 шт. (при необходимости);
 - глубиномер (Depth Gauge): T9 - 1 шт. (при необходимости);
 - рукоятка для фронтального введения имплантата (Handle) T10 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø2.2, L6мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.2,6 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø2.7, L6мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.7,6 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø3.3, L6мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.3,6 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø3.7, L6мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.7,6 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø4.0, L6мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.0,6 - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0163290

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 4

- фреза коническая со стоппером Ø4.0, L8мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.0,8 - 1 шт. (при необходимости);
- фреза коническая со стоппером Ø4.0, L10мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.0,10 - 1 шт. (при необходимости);
- фреза коническая со стоппером Ø4.0, L11.5мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.0,11.5 - 1 шт. (при необходимости);
- фреза коническая со стоппером Ø4.0, L13мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.0,13 - 1 шт. (при необходимости);
- фреза коническая со стоппером Ø4.5, L6мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.5,6 - 1 шт. (при необходимости);
- фреза коническая со стоппером Ø4.5, L8мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.5,8 - 1 шт. (при необходимости);
- фреза коническая со стоппером Ø4.5, L10мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.5,10 - 1 шт. (при необходимости);
- фреза коническая со стоппером Ø4.5, L11.5мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.5,11.5 - 1 шт. (при необходимости);
- фреза коническая со стоппером Ø4.5, L13мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.5,13 - 1 шт. (при необходимости);
- контейнер для хранения изделий (лоток) - 1 шт.
- 3. Набор конических фрез со стоппером (Conical Drills Kit): TKDC-T8C, в составе:
 - отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,9 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,9 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L18мм (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,18 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L9мм (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,9 - 1 шт.;
 - адаптер для импланта (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,18 - 1 шт.;
 - адаптер для имплантата (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,9 - 1 шт.;
 - ключ механический для абатмента (Contra Angle Driver For Abutment): T5-1.2,21 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,25 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,25 - 1 шт.;
 - ключ динамометрический (Ratchet-Torque Combination): T8c-10-40 - 1 шт.;
- фреза коническая со стоппером Ø2.2, L10мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.2,10 - 1 шт.;
- фреза коническая со стоппером Ø2.2, L11.5мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.2,11.5 - 1 шт.;
- фреза коническая со стоппером Ø2.2, L13мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.2,13 - 1 шт.;
- фреза коническая со стоппером Ø2.2, L8мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.2,8 - 1 шт.;
- фреза коническая со стоппером Ø2.7, L10мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.7,10 - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0163291

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 5

- шт.;
- фреза коническая со стоппером Ø2.7, L11.5мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.7,11.5 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø2.7, L13мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.7,13 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø2.7, L8мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.7,8 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.3, L10мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.3,10 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.3, L11.5мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.3,11.5 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.3, L13мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.3,13 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.3, L8мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.3,8 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.7, L10мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.7,10 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.7, L11.5мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.7,11.5 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.7, L13мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.7,13 - 1 шт.;
 - фреза коническая со стоппером Ø3.7, L8мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.7,8 - 1 шт.;
 - бор маркирующий Ø1.9 (Marker Drill): TMD-1.9 - 1 шт.;
 - пин параллельный (Parallel Pin): TP-23 - 2 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,20 - 1 шт. (при необходимости);
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,20 - 1 шт. (при необходимости);
 - ключ механический для абатмента (Contra Angle Driver For Abutment): T5-1.2,26 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза - развертка Ø3.75/4.2 (Counter Sink): TDCS-3.75-4.2 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза - развертка Ø5.0/6.0 (Counter Sink): TDCS-5-6 - 1 шт. (при необходимости);
 - удлинитель фрезы (Coated Drill extension): TDE - 1 шт. (при необходимости);
 - пин параллельный (Parallel Pin) TP-17 - 1 шт. (при необходимости);
 - глубиномер (Depth Gauge): T9 - 1 шт. (при необходимости);
 - рукоятка для фронтального введения имплантата (Handle) T10 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø2.2, L6мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.2,6 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø2.7, L6мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-2.7,6 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø3.3, L6мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.3,6 - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0163292

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 6

- фреза коническая со стоппером Ø3.7, L6мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-3.7,6 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø4.0, L6мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.0,6 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø4.0, L8мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.0,8 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø4.0, L10мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.0,10 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø4.0, L11.5мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.0,11.5 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø4.0, L13мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.0,13 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø4.5, L6мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.5,6 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø4.5, L8мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.5,8 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø4.5, L10мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.5,10 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø4.5, L11.5мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.5,11.5 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза коническая со стоппером Ø4.5, L13мм (Conical Stopper Drill): TDCSt-4.5,13 - 1 шт. (при необходимости);
 - контейнер для хранения изделий (лоток) - 1 шт.
4. Набор хирургический средний (Medium Organizer Kit without Irrigation): TKM-T8C, в составе:
- отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,9 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,9 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L18мм (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,18 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L9мм (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,9 - 1 шт.;
 - адаптер для импланта (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,18 - 1 шт.;
 - адаптер для имплантата (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,9 - 1 шт.;
 - ключ механический для абатмента (Contra Angle Driver For Abutment): T5-1.2,21 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,25 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,25 - 1 шт.;
 - ключ динамометрический (Ratchet-Torque Combination): T8c-10-40 - 1 шт.;
 - фреза Ø2.5 (Drill): TD-2.5 - 1 шт.;
 - фреза Ø2.8 (Drill): TD-2.8 - 1 шт.;
 - фреза Ø3.2 (Drill): TD-3.2 - 1 шт.;
 - фреза Ø3.65 (Drill): TD-3.65 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0163293

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 7

- фреза Ø4.0 (Drill): TD-4.0 - 1 шт.;
 - фреза Ø4.5 (Drill): TD-4.5 - 1 шт.;
 - удлинитель фрезы (Coated Drill extension): TDE - 1 шт.;
 - бор маркирующий Ø1.9 (Marker Drill): TMD-1.9 - 1 шт.;
 - пин параллельный (Parallel Pin): TP-23 - 2 шт.;
 - фреза пилотная Ø2.0 (Pilot Drill): TPD-2.0 - 1 шт.;
 - фреза Ø5.0 (Drill): TD-5.0 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза Ø5.5 (Drill): TD-5.5 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза - развертка Ø3.75/4.2 (Counter Sink): TDCS-3.75-4.2 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза - развертка Ø5.0/6.0 (Counter Sink): TDCS-5-6 - 1 шт. (при необходимости);
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,20 - 1 шт. (при необходимости);
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,20 - 1 шт. (при необходимости);
 - ключ механический для абатмента (Contra Angle Driver For Abutment): T5-1.2,26 - 1 шт. (при необходимости);
 - пин параллельный (Parallel Pin) TP-17 - 1 шт. (при необходимости);
 - глубиномер (Depth Gauge): T9 - 1 шт. (при необходимости);
 - рукоятка для фронтального введения имплантата (Handle) T10 - 1 шт. (при необходимости);
 - контейнер для хранения изделий (лоток) - 1 шт.
5. Набор хирургический средний со ступенчатыми фрезами - коническая платформа (Medium Organizer Kit without Irrigation SD-CP): TKM-T8C-SD-CP, в составе:
- отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,9 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,9 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L18mm (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,18 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L9mm (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,9 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата конической платформы Ø4.0, L18mm (Implant Ratchet Hex Driver L18mm Conical Platform): T3C-4,18 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата конической платформы Ø4.0, L9mm (Implant Ratchet Hex Driver L9mm Conical Platform): T3C-4,9 - 1 шт.;
 - ключ механический для абатмента (Contra Angle Driver For Abutment): T5-1.2,21 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,25 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата конической платформы (Implant Motor Driver L25mm Conical Platform): T5C-4,25 - 1 шт.;
 - ключ динамометрический (Ratchet-Torque Combination): T8c-10-40 - 1 шт.;
 - фреза Ø2.5 (Drill): TD-2.5 - 1 шт.;
 - фреза Ø2.8 (Drill): TD-2.8 - 1 шт.;
 - фреза Ø3.2 (Drill): TD-3.2 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0163294

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 8

- фреза Ø3.65 (Drill): TD-3.65 - 1 шт.;
 - фреза Ø4.0 (Drill): TD-4.0 - 1 шт.;
 - фреза Ø4.5 (Drill): TD-4.5 - 1 шт.;
 - удлинитель фрезы (Coated Drill extension): TDE - 1 шт.;
 - бор маркирующий Ø1.9 (Marker Drill): TMD-1.9 - 1 шт.;
 - пин параллельный (Parallel Pin): TP-23 - 2 шт.;
 - фреза пилотная с износостойким покрытием Ø2.0 (Pilot Coated Drill - 2): TPDD-2.0 - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø5.0 (Coated Step Drill D5.0mm): TDSD-5.0 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø5.5 (Coated Step Drill D5.5mm): TDSD-5.5 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза - развертка Ø3.75/4.2 (Counter Sink): TDCS-3.75-4.2 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза - развертка Ø5.0/6.0 (Counter Sink): TDCS-5-6 - 1 шт. (при необходимости);
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,20 - 1 шт. (при необходимости);
 - пин параллельный (Parallel Pin) TP-17 - 1 шт. (при необходимости);
 - глубиномер (Depth Gauge): T9 - 1 шт. (при необходимости);
 - рукоятка для фронтального введения имплантата (Handle) T10 - 1 шт. (при необходимости);
 - контейнер для хранения изделий (лоток) - 1 шт.
6. Набор хирургический средний (Medium Organizer Kit without Irrigation - Full): TKM, в составе:
- отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,9 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,9 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L18mm (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,18 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L9mm (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,9 - 1 шт.;
 - адаптер для имплантата (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,18 - 1 шт.;
 - адаптер для имплантата (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,9 - 1 шт.;
 - ключ механический для абатмента (Contra Angle Driver For Abutment): T5-1.2,21 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,25 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,25 - 1 шт.;
 - ратчет (Ratchet Wrench): T8 - 1 шт.;
 - фреза Ø2.5 (Drill): TD-2.5 - 1 шт.;
 - фреза Ø2.8 (Drill): TD-2.8 - 1 шт.;
 - фреза Ø3.2 (Drill): TD-3.2 - 1 шт.;
 - фреза Ø3.65 (Drill): TD-3.65 - 1 шт.;
 - фреза Ø4.0 (Drill): TD-4.0 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0163295

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 9

- фреза Ø4.5 (Drill): TD-4.5 - 1 шт.;
 - удлинитель фрезы (Coated Drill extension): TDE - 1 шт.;
 - бор маркирующий Ø1.9 (Marker Drill): TMD-1.9 - 1 шт.;
 - пин параллельный (Parallel Pin): TP-23 - 2 шт.;
 - фреза пилотная Ø2.0 (Pilot Drill): TPD-2.0 - 1 шт.;
 - фреза Ø5.0 (Drill): TD-5.0 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза Ø5.5 (Drill): TD-5.5 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза - развертка Ø3.75/4.2 (Counter Sink): TDCS-3.75-4.2 - 1 шт. (при необходимости);
 - фреза - развертка Ø5.0/6.0 (Counter Sink): TDCS-5-6 - 1 шт. (при необходимости);
 - ключ механический для абатмента (Contra Angle Driver For Abutment): T5-1.2,26 - 1 шт. (при необходимости);
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,20 - 1 шт. (при необходимости);
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,20 - 1 шт. (при необходимости);
 - пин параллельный (Parallel Pin) TP-17 - 1 шт. (при необходимости);
 - глубиномер (Depth Gauge): T9 - 1 шт. (при необходимости);
 - рукоятка для фронтального введения имплантата (Handle) T10 - 1 шт. (при необходимости);
 - контейнер для хранения изделий (лоток) - 1 шт.
7. Набор хирургический средний с фрезами с износостойким покрытием (Coated Drills Medium Organized Kit): TKM-T8C-CD, в составе:
- отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,9 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,9 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L18mm (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,18 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L9mm (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,9 - 1 шт.;
 - адаптер для импланта (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,18 - 1 шт.;
 - адаптер для имплантата (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,9 - 1 шт.;
 - ключ механический для абатмента (Contra Angle Driver For Abutment): T5-1.2,21 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,20 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,25 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,20 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,25 - 1 шт.;
 - ключ динамометрический (Ratchet-Torque Combination): T8c-10-40 - 1 шт.;
 - фреза Ø4.5 (Drill): TD-4.5 - 1 шт.;
 - фреза Ø5.0 (Drill): TD-5.0 - 1 шт.;
 - фреза Ø5.5 (Drill): TD-5.5 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0163296

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 10

- фреза - развертка Ø3.75/4.2 (Counter Sink): TDCS-3.75-4.2 - 1 шт.;
 - фреза - развертка Ø5.0/6.0 (Counter Sink): TDCS-5-6 - 1 шт.;
 - фреза с износостойким покрытием Ø2.5 (Coated Drill): TDD-2.5 - 1 шт.;
 - фреза с износостойким покрытием Ø2.8 (Coated Drill): TDD-2.8 - 1 шт.;
 - фреза с износостойким покрытием Ø3.2 (Coated Drill): TDD-3.2 - 1 шт.;
 - фреза с износостойким покрытием Ø3.65 (Coated Drill): TDD-3.65 - 1 шт.;
 - фреза с износостойким покрытием Ø4.0 (Coated Drill): TDD-4.0 - 1 шт.;
 - удлинитель фрезы (Coated Drill extension): TDE - 1 шт.;
 - бор маркирующий Ø1.9 (Marker Drill): TMD-1.9 - 1 шт.;
 - пин параллельный (Parallel Pin): TP-23 - 4 шт.;
 - фреза пилотная с износостойким покрытием Ø2.0 (Pilot Coated Drill - 2): TPDD-2.0 - 1 шт.;
 - ключ механический для абатмента (Contra Angle Driver For Abutment): T5-1.2,26 - 1 шт. (при необходимости);
 - контейнер для хранения изделий (лоток) - 1 шт.
8. Набор хирургический средний со ступенчатыми фрезами (Step Drills Medium Organized Kit): ТКМ-Т8С-SD, в составе:
- отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,9 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,9 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L18mm (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,18 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L9mm (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,9 - 1 шт.;
 - адаптер для импланта (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,18 - 1 шт.;
 - адаптер для имплантата (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,9 - 1 шт.;
 - ключ механический для абатмента (Contra Angle Driver For Abutment): T5-1.2,21 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,20 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2,25 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,20 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,25 - 1 шт.;
 - ключ динамометрический (Ratchet-Torque Combination): T8c-10-40 - 1 шт.;
 - фреза - развертка Ø3.75/4.2 (Counter Sink): TDCS-3.75-4.2 - 1 шт.;
 - фреза - развертка Ø5.0/6.0 (Counter Sink): TDCS-5-6 - 1 шт.;
 - удлинитель фрезы (Coated Drill extension): TDE - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø2.5 (Coated Step Drill D2.5mm): TDSD-2.5 - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø2.8 (Coated Step Drill D2.8mm): TDSD-2.8 - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø3.2 (Coated Step Drill D3.2mm): TDSD-3.2 - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0163297

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 11

- фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø3.65 (Coated Step Drill D3.65mm): TDSD-3.65 - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø4.0 (Coated Step Drill D4.0mm): TDSD-4.0 - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø4.5 (Coated Step Drill D4.5mm): TDSD-4.5 - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø5.0 (Coated Step Drill D5.0mm): TDSD-5.0 - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø5.5 (Coated Step Drill D5.5mm): TDSD-5.5 - 1 шт.;
 - бор маркирующий Ø1.9 (Marker Drill): TMD-1.9 - 1 шт.;
 - пин параллельный (Parallel Pin): TP-23 - 4 шт.;
 - фреза пилотная с износостойким покрытием Ø2.0 (Pilot Coated Drill - 2): TPDD-2.0 - 1 шт.;
 - пин параллельный (Parallel Pin) TP-17 - 1 шт. (при необходимости);
 - глубиномер (Depth Gauge): T9 - 1 шт. (при необходимости);
 - рукоятка для фронтального введения имплантата (Handle) T10 - 1 шт. (при необходимости);
 - контейнер для хранения изделий (лоток) - 1 шт.
9. Набор хирургический малый (Compact Organized Kit): TKS-T8C, в составе:
- отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,9 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,9 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L18mm (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,18 - 1 шт.;
 - адаптер для импланта (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,18 - 1 шт.;
 - адаптер для имплантата (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,9 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,25 - 1 шт.;
 - ключ динамометрический (Ratchet-Torque Combination): T8c-10-40 - 1 шт.;
 - фреза Ø2.5 (Drill): TD-2.5 - 1 шт.;
 - фреза Ø2.8 (Drill): TD-2.8 - 1 шт.;
 - фреза Ø3.2 (Drill): TD-3.2 - 1 шт.;
 - фреза Ø3.65 (Drill): TD-3.65 - 1 шт.;
 - фреза Ø4.0 (Drill): TD-4.0 - 1 шт.;
 - фреза Ø4.5 (Drill): TD-4.5 - 1 шт.;
 - бор маркирующий Ø1.9 (Marker Drill): TMD-1.9 - 1 шт.;
 - пин параллельный (Parallel Pin): TP-23 - 2 шт.;
 - фреза пилотная Ø2.0 (Pilot Drill): TPD-2.0 - 1 шт.;
 - контейнер для хранения изделий (лоток) - 1 шт.
10. Набор хирургический малый (Compact Organized Kit): TKS, в составе:
- отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,15 - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0163298



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 12

- отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,9 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,9 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L18mm (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,18 - 1 шт.;
 - адаптер для импланта (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,18 - 1 шт.;
 - адаптер для имплантата (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2.4,9 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата (Contra Angle Driver for implant): T5-2.4,25 - 1 шт.;
 - ратчет (Ratchet Wrench): T8 - 1 шт.;
 - фреза Ø2.5 (Drill): TD-2.5 - 1 шт.;
 - фреза Ø2.8 (Drill): TD-2.8 - 1 шт.;
 - фреза Ø3.2 (Drill): TD-3.2 - 1 шт.;
 - фреза Ø3.65 (Drill): TD-3.65 - 1 шт.;
 - фреза Ø4.0 (Drill): TD-4.0 - 1 шт.;
 - фреза Ø4.5 (Drill): TD-4.5 - 1 шт.;
 - бор маркирующий Ø1.9 (Marker Drill): TMD-1.9 - 1 шт.;
 - пин параллельный (Parallel Pin): TP-23 - 2 шт.;
 - фреза пилотная Ø2.0 (Pilot Drill): TPD-2.0 - 1 шт.;
 - контейнер для хранения изделий (лоток) - 1 шт.
11. Набор хирургический малый со ступенчатыми фрезами - коническая платформа (Compact Organized Kit SD-CP): TKS-SD-CP, в составе:
- отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка для динамометрического ключа (Ratchet Hex Driver for Abutment): T1-1.2,9 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,15 - 1 шт.;
 - отвертка ручная (Hand Hex Driver for Abutment): T2-1.2,9 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата Ø2.0, L18mm (Ratchet Hex Driver for Implant): T3-2,18 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата конической платформы Ø4.0, L18mm (Implant Ratchet Hex Driver L18mm Conical Platform): T3C-4,18 - 1 шт.;
 - ключ для имплантата конической платформы Ø4.0, L9mm (Implant Ratchet Hex Driver L9mm Conical Platform): T3C-4,9 - 1 шт.;
 - ключ механический для имплантата конической платформы (Implant Motor Driver L25mm Conical Platform): T5C-4,25 - 1 шт.;
 - ратчет (Ratchet Wrench): T8 - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø2.5 (Coated Step Drill D2.5mm): TDSD-2.5 - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø2.8 (Coated Step Drill D2.8mm): TDSD-2.8 - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø3.2 (Coated Step Drill D3.2mm): TDSD-3.2 - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø3.65 (Coated Step Drill D3.65mm): TDSD-3.65 - 1 шт.;
 - фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø4.0 (Coated Step Drill D4.0mm):

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0163299

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25763

Лист 13

- TDSD-4.0 - 1 шт.;
- фреза ступенчатая с износостойким покрытием Ø4.5 (Coated Step Drill D4.5mm):
TDSD-4.5 - 1 шт.;
- бор маркирующий Ø1.9 (Marker Drill): TMD-1.9 - 1 шт.;
- пин параллельный (Parallel Pin): TP-23 - 2 шт.;
- фреза коническая Ø2.0 (Conical Drilling - 2): TPDD-2.0 - 1 шт.;
- контейнер для хранения изделий (лоток) - 1 шт.
- II. Эксплуатационная документация:
1. Инструкция по применению (краткая) - 1 шт.; на потребительскую упаковку.
 2. Инструкция по применению (полная) - 1 шт.; на транспортную упаковку.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0163300