



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2025 года № РЗН 2025/25245

На медицинское изделие

Аппарат терапевтический широкополосного импульсного света KN SPECTRUM
по ТУ 26.60.13-002-93462868-2023

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "КН-Сервис" (ООО "КН-Сервис"),
Россия, 109544, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Рабочая,
д. 93, стр. 2

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "КН-Сервис" (ООО "КН-Сервис"),
Россия, 109544, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Рабочая,
д. 93, стр. 2

Место производства медицинского изделия

ООО "КН-Сервис", Россия, 109544, Москва, ул. Рабочая, д. 93, стр. 2, эт. 1,
помещ. II, ком. 1

Номер регистрационного досье № РД-66774/107363 от 24.01.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.13.180

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 17 апреля 2025 года № 2494
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084117

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2025 года № РЗН 2025/25245

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат терапевтический широкополосного импульсного света KN SPECTRUM
по ТУ 26.60.13-002-93462868-2023, в составе:

1. Основной блок - 1 шт.
2. Стекланные фильтры (420-1200 нм, 510-1200 нм, 560-1200 нм, 610-1200 нм, 640-1200 нм, 800-1200 нм, фильтр SHR 690-950 нм.) - 7 шт.
3. Очки для врача - 1 шт.
4. Очки для пациента - 1 шт.
5. Дренажный шланг - 1 шт.
6. Воронка - 1 шт.
7. Кабель питания - 1 шт.
8. Ключ вкл./выкл. Питания - 2 шт.
9. Защитная заглушка для используемой воды - 1 шт.
10. Фильтр - 1 шт.
11. Насадка модуль А (при необходимости) - размер пятна 12×35 мм - 1 шт
12. Насадка модуль В (при необходимости) - размер пятна 15×50 мм - 1 шт.
13. Держатель для насадки модуль А (при необходимости) - 1 шт.
14. Держатель для насадки модуль В (при необходимости) - 1 шт.
15. Наконечник универсальный (при необходимости) - размер пятна 7х7 мм - 1 шт.
16. Коннектор для слива воды - 1 шт.
17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0162106